

変角デジタル光沢計

【特徴】

サンプル表面の光沢(つや)を測定する計測器です。測定角度を 1° 単位で調節可能なため、様々な測定が可能です。



【仕様】

機種	UGV-6P (スガ試験機株製)
測定角度範囲	入射角 20° ~85° 受光角 0° ~85° (但し入射角+受光角は 30° 以上)
測定孔径	φ45mm



【主な対応規格】

JIS Z 8741 ISO 2813 ASTM D 523 など

一般財団法人日本ウエザリングテストセンター

銚子暴露試験場 促進劣化担当

千葉県銚子市新町 1034-1

TEL 0479-23-8131 FAX 0479-23-8132 URL <http://www.jwtc.or.jp>