

促進劣化試験価格表

| No. | 試験方法                               | メーカー  | 型式                | 試験条件<br>(試験装置貸切)                                  | 時間     | 受託料(円)   |       |           |
|-----|------------------------------------|-------|-------------------|---|--------|----------|-------|-----------|
|     |                                    |       |                   |   |        |          | 賛助会員  | 非賛助<br>会員 |
| 1   | サンシャインカーボン<br>アーク灯式耐候性試験           | スガ試験機 | WEL-SUN-DCH       | 連続照射、<br>連続照射-照射+噴霧                               | 20時間毎に | 39,000   |       |           |
|     |                                    | スガ試験機 | S80D・H・B・BR       | 1枚分 (150×70mm)<br>BP63°C、120分中18分間<br>噴霧、紫外拡張フィルタ | 20時間毎に | 1~10枚まで  | 1,620 | 2,100     |
|     |                                    |       |                   |   |        | 11~20枚まで | 1,350 | 1,750     |
| 2   | キセノンアーク灯式<br>耐候性試験                 | ATLAS | Ci4000            | 30~120W/m <sup>2</sup><br>連続照射、照射-照射+噴霧           | 24時間毎に | 39,000   |       |           |
| 3   | 紫外線カーボンアーク<br>灯式耐光性試験              | スガ試験機 | U48AU・H・B         | 連続照射  | 20時間毎に | 29,000   |       |           |
| 4   | メタルハライドランプ方<br>式による高強度紫外線耐<br>候性試験 | 岩崎電気  | SUV-W151          | 有効照射面積<br>190×420mm<br>(高さ35 <sup>1</sup> mmまで)   | 24時間毎に | 39,000   |       |           |
| 5   | 大型塩水噴霧試験                           | スガ試験機 | STP-200D          | 連続塩水噴霧  | 24時間毎に | 36,000   |       |           |
| 6   | 複合サイクル腐食試験                         | スガ試験機 | CYP-90<br>CYP-90L | 連続塩水噴霧、複合サイ<br>クル                                 | 24時間毎に | 28,000   |       |           |
| 7   | ガス腐食試験                             | スガ試験機 | GS-UV-S           | 連続試験、ガス-湿潤試<br>験                                  | 24時間毎に | 29,790   |       |           |
| 8   | 温湿度サイクル試験                          | エスペック | PL-3J             | 温度一定  | 24時間毎に | 20,000   |       |           |
|     |                                    |       |                   | 温度サイクル  | 24時間毎に | 34,020   |       |           |